


86610226

Mangeshikar Uterus-Manipulator, Innenrohr



## Technische Daten

### Reinigung und Wiederaufbereitung

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Wiederverwendbar            | Ja                  |
| Manuelle Wiederaufbereitung | Ja, bezogen auf IFU |
| Waschmaschine               | 95 °C               |
| Autoklav-Sterilisation      | max. 137 °C         |

### Zulassungen

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Richtlinie 93/42 EWG     | Klasse IIa |
| Verordnung (EU) 2017/745 | N/A        |
| FDA Zulassung            | N/A        |

### Zusätzliche Produktinformation

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Verpackungseinheit | 1              |
| GTIN               | 04250418725422 |