


86610300

Mangeshikar Uterus-Manipulator, Schiebe- und Fixationsschaft



Technische Daten

Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C

Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIa
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	N/A

Zusätzliche Produktinformation

Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418725439